

30°C (86°F)
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία
≤ 30°C (86°F).

Να διατηρείται μακριά από το ηλιακό φως
και πηγές θερμότητας.

Για μία μόνο χρήση. Μην
επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν.

Δεν είναι κατασκευασμένο από
φυσικό ελαστικό λατέξ.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η θήκη
έχει υποστεί βλάβη ή έχει ανοιχθεί.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

PolyMem
SILVER

Οδηγίες χρήσης

REF 1401 #1 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1402 #2 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1403 #3 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1404 #4 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1405 #5 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

30°C (86°F)
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία
≤ 30°C (86°F).

Να διατηρείται μακριά από το ηλιακό φως
και πηγές θερμότητας.

Για μία μόνο χρήση. Μην
επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν.

Δεν είναι κατασκευασμένο από
φυσικό ελαστικό λατέξ.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η θήκη
έχει υποστεί βλάβη ή έχει ανοιχθεί.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

PolyMem
SILVER

Οδηγίες χρήσης

REF 1401 #1 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1402 #2 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1403 #3 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1404 #4 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

REF 1405 #5 Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301
www.polymem.com • info@polymem.com
© 2017, 2019 Ferris Mfg. Corp. ® or ™ indicate trademark



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



FMC-5911 REV.0 0721



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301
www.polymem.com • info@polymem.com
© 2017, 2019 Ferris Mfg. Corp. ® or ™ indicate trademark



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



FMC-5911 REV.0 0721

GK


Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

Το επίθεμα παρέχει ένα απαλό περιτύλιγμα το οποίο εφαρμόζει στο δάχτυλο.


Όχι πολύ χαλαρό



Όχι πολύ σφιχτό



Σωστό μέγεθος



Επιλογή μεγέθους: Χρησιμοποιήστε την εικόνα στο εξωτερικό του κουτιού ή της θήκης ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε το σωστό μέγεθος επιθέματος (1,2,3,4 ή 5)

Εφαρμογή: Το επίθεμα έχει σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή. Απλά κυλήστε στο δάχτυλο.



1. Τοποθετήστε το επίθεμα δίπλα στο δάχτυλο με το ένθεμα στο τέλος του δαχτύλου. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το ανοιχτό άκρο, όχι το κυλινδρικό άκρο με το ένθεμα, στο επιθυμητό μήκος.



2. Αφαιρέστε το ένθεμα από το κυλινδρικό άκρο και απορρίψτε το.



3. Εισαγάγετε το δάχτυλο στο κυλινδρικό άκρο του επιθέματος



4. Ψήψτε το δάχτυλο μέσα στο επίθεμα και αρχίστε να ξετυλίγετε.



5. Ξετυλίξτε το επίθεμα επάνω στο δάχτυλο.



6. Το επίθεμα πρέπει να είναι απαλό και να μην είναι πολύ σφιχτό ή χαλαρό.

Το πλέγμα και οι λέξεις πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό του επιθέματος.

Το επίθεμα θα πρέπει να είναι στενό, αλλά άνετο. Εάν νιώθετε ότι είναι πολύ σφιχτό, αφαιρέστε και εφαρμόστε μεγαλύτερο μέγεθος. Αφαιρέστε ξεδιπλώνοντας, με αντίθετη φορά από την εφαρμογή. Το επίθεμα μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Για τα δάχτυλα των ποδιών, το επίθεμα μπορεί να κοπεί στα πλάγια δημιουργώντας πτερύγια που μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω και κάτω μέρος του ποδιού. Αυτό μπορούν να ασφαλιστούν με ταινία, ή το επίθεμα μπορεί να κοπεί για να σχηματίσει έναν δακτύλιο ή ένα χωνώσιμο πάνω από το τραυματισμένο τμήμα του δακτύλου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα επίθεμα κατασκευασμένα από ένα υδρόφιλο στρώμα πολυουρεθάνης, το οποίο περιέχει (1) Ασφαλή παράγοντα καθαρισμού των τραυμάτων, (2) ενυδατικό γλυκερόλης και (3) υπεραπορροφητικές ουσίες. Τα επίθεμα έχουν ένα λεπτό επίστρωμα πολυουρεθάνης το οποίο αναπνέει και βοηθά στην αποφυγή της επιμόλυνσης. Τα επίθεμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύον επίθεμα, δευτερεύον επίθεμα ή συνδυασμός πρωτεύοντος και δευτερεύοντος επιθέματος.

Τα προϊόντα PolyMem Silver ενσωματώνουν πολύ μικροσκοπικά σωματίδια αργύρου και δεν θα χρωματίσουν το δέρμα. Ο άργυρος ενεργεί στο εσωτερικό του επιθέματος προστατεύοντας από τη μικροβιακή επιμόλυνση. Περιεκτικότητα σε άργυρο ανά εμβαδόν κατά προσέγγιση (μg/cm²) PolyMem Silver 124.

GK


Επίθεμα δακτύλων χεριών/ποδιών PolyMem® Silver

Το επίθεμα παρέχει ένα απαλό περιτύλιγμα το οποίο εφαρμόζει στο δάχτυλο.

Όχι πολύ χαλαρό



Όχι πολύ σφιχτό



Σωστό μέγεθος



Επιλογή μεγέθους: Χρησιμοποιήστε την εικόνα στο εξωτερικό του κουτιού ή της θήκης ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε το σωστό μέγεθος επιθέματος (1,2,3,4 ή 5)

Εφαρμογή: Το επίθεμα έχει σχεδιαστεί για εύκολη εφαρμογή. Απλά κυλήστε στο δάχτυλο.



1. Τοποθετήστε το επίθεμα δίπλα στο δάχτυλο με το ένθεμα στο τέλος του δαχτύλου. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το ανοιχτό άκρο, όχι το κυλινδρικό άκρο με το ένθεμα, στο επιθυμητό μήκος.



2. Αφαιρέστε το ένθεμα από το κυλινδρικό άκρο και απορρίψτε το.



3. Εισαγάγετε το δάχτυλο στο κυλινδρικό άκρο του επιθέματος



4. Ψήψτε το δάχτυλο μέσα στο επίθεμα και αρχίστε να ξετυλίγετε.



5. Ξετυλίξτε το επίθεμα επάνω στο δάχτυλο.



6. Το επίθεμα πρέπει να είναι απαλό και να μην είναι πολύ σφιχτό ή χαλαρό.

Το πλέγμα και οι λέξεις πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό του επιθέματος.

Το επίθεμα θα πρέπει να είναι στενό, αλλά άνετο. Εάν νιώθετε ότι είναι πολύ σφιχτό, αφαιρέστε και εφαρμόστε μεγαλύτερο μέγεθος. Αφαιρέστε ξεδιπλώνοντας, με αντίθετη φορά από την εφαρμογή. Το επίθεμα μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Για τα δάχτυλα των ποδιών, το επίθεμα μπορεί να κοπεί στα πλάγια δημιουργώντας πτερύγια που μπορούν να τοποθετηθούν στο επάνω και κάτω μέρος του ποδιού. Αυτό μπορούν να ασφαλιστούν με ταινία, ή το επίθεμα μπορεί να κοπεί για να σχηματίσει έναν δακτύλιο ή ένα χωνώσιμο πάνω από το τραυματισμένο τμήμα του δακτύλου.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τα επίθεμα κατασκευασμένα από ένα υδρόφιλο στρώμα πολυουρεθάνης, το οποίο περιέχει (1) Ασφαλή παράγοντα καθαρισμού των τραυμάτων, (2) ενυδατικό γλυκερόλης και (3) υπεραπορροφητικές ουσίες. Τα επίθεμα έχουν ένα λεπτό επίστρωμα πολυουρεθάνης το οποίο αναπνέει και βοηθά στην αποφυγή της επιμόλυνσης. Τα επίθεμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύον επίθεμα, δευτερεύον επίθεμα ή συνδυασμός πρωτεύοντος και δευτερεύοντος επιθέματος.

Τα προϊόντα PolyMem Silver ενσωματώνουν πολύ μικροσκοπικά σωματίδια αργύρου και δεν θα χρωματίσουν το δέρμα. Ο άργυρος ενεργεί στο εσωτερικό του επιθέματος προστατεύοντας από τη μικροβιακή επιμόλυνση. Περιεκτικότητα σε άργυρο ανά εμβαδόν κατά προσέγγιση (μg/cm²) PolyMem Silver 124.

Τα επίθεματα PolyMem χωρίς προσθήκη φαρμάκου βοηθούν στα εξής:

- αποτελεσματική διαχείριση και επούλωση των τραυμάτων
- απορρόφηση υγρών και παροχή υγρού περιβάλλοντος επούλωσης • ελαχιστοποίηση και ανακούφιση του επίμονου και διαδικαστικού άλγους τραύματος • μείωση του οιδήματος, των μωλών και της εξάπλωσης της φλεγμονής στους περιβάλλοντες άθικτους ιστούς

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας, για τη διαχείριση σοβαρών τραυμάτων, όπως τα περισσότερα τραύματα μερικού και πλήρους πάχους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Έλκη πίεσης (στάδια I-IV) • Οζέα τραύματα • Σχισίματα δέρματος • Εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού • Έλκη ποδιών
- Διαβητικά έλκη • Χειρουργικά τραύματα • Έλκη λόγω φλεβικής στάσης • Δότριες και Αήπιες περιοχές (μοσχέυματος)
- Δερματολογικές διαταραχές • Αγγειακά έλκη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση • Τα επίθεματα PolyMem δεν είναι συμβατά με οξειδωτικούς παράγοντες (υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υποχλωριώδη διαλύματα) • Πριν από την εκτέλεση διαδικασιών απεικόνισης, προσδιορίστε εάν θα πρέπει να αφαιρεθεί το επίθεμα • Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρόδια ή αγώγιμα τζελ • Δεν συνιστάται η χορήγηση τοπικών θεραπειών σε συνδυασμό με τα επίθεματα PolyMem
- Να είστε σε εγρήγορση για ενδείξεις λοίμωξης ή διαβροχής • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και διακόψτε τη χρήση σε άτομα με ενδείξεις ευαισθησίας, ερεθισμού ή αλλεργίας στο επίθεμα ή στα υλικά του • Προορίζεται για μία χρήση από ένα άτομο. Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν. Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να υποβαθμίσει τις ιδιότητες, να εξαπλώσει την επιμόλυνση και να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης

Τα επίθεματα PolyMem μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που παρουσιαστούν σημεία λοίμωξης εάν έχει χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που αντιμετωπίζει την αιτία της λοίμωξης.

Τα επίθεματα PolyMem Silver συνιστώνται όταν ένα τραύμα επιδεικνύει καθυστερημένη επούλωση, σημεία λοίμωξης ή αυξημένο βιολογικό φορτίο, ή ο ασθενής έχει παράγοντες κινδύνου λοίμωξης (όπως μολυσμένο τραύμα, κακή διατροφή, διαβήτη, ιστορικό λοίμωξης, κλπ.)

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου ≤ 30°C (86°F). Παρεκβάσεις επιτρέπονται ≤ 55° C (131° F) αλλά θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. **Να απορρίπτεται** όπως συνηθίζεται για τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα. **Οι διαστάσεις** είναι κατά προσέγγιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αρχική εφαρμογή:

- Προετοιμάστε την τραυματισμένη περιοχή σύμφωνα με το πρωτόκολλο ή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ιατρού ή άλλου παραγγέλλοντος κλινικού ιατρού. Καθαρίστε το δέρμα από ακαθαρσίες, φάρμακα τοπικής εφαρμογής και λουσιόν. Η υπολειμματική υγρασία στο δέρμα είναι ευεργετική.
- Εφαρμόστε το επίθεμα όπως περιγράφεται. Το επίθεμα PolyMem θα πρέπει επίσης να καλύπτει οποιαδήποτε ερεθισμένη ή κατεστραμμένη περιοχή γύρω από το τραύμα. Τα επίθεματα μπορούν να κοπούν ώστε να καλύπτουν το τραύμα ή το μέρος του σώματος.
- Εφαρμόστε την εξωτερική πλευρά της μεμβράνης (έτσι ώστε να είναι ορατή η εκτύπωση).

Βοηθητικές υποδείξεις:

- Ασφαλίστε το επίθεμα με αδιάβροχη ταινία για να μειώσετε την πιθανότητα επιμόλυνσης του εσωτερικού του επιθέματος.
- Σχεδιάστε το όριο τραύματος κατά προσέγγιση στο εξωτερικό του επιθέματος ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να γίνει αλλαγή.

Χρήση:

- Ενδέχεται να παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των υγρών του τραύματος κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών. Αυτό είναι συχνό και υποδεικνύει ότι το επίθεμα λειτουργεί
- Διατηρήστε στεγνό το επίθεμα και στη θέση του κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή κατά την υγιεινή των χεριών. Αλλάξτε το επίθεμα εάν βραχεί.

Αλλαγή επιθέματος:

- Στην περίπτωση εξιδρώματος τραύματος, θα παρατηρηθεί υγρό στο επάνω μέρος. Αλλάξτε προτού φθάσει υγρό στο όριο του τραύματος, ή όπως ορίζει η ορθή πρακτική, ή μετά από 7 ημέρες κατά μέγιστο. Αλλάξτε αμέσως εάν φθάσει υγρό στην άκρη της μεμβράνης του επιθέματος.
- Ενδέχεται να χρειαστούν συχνότερες αλλαγές λόγω διαταραγμένου ανοσοποιητικού συστήματος, διαβήτη, λοίμωξης, υπερκοκκιοποίησης, διαβροχής ιστού, ή για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης μη βιώσιμου ιστού.
- Ασφαιρτέ απαλά το επίθεμα. Το επίθεμα PolyMem γενικά δεν προσκολλάται στην κοίτη του τραύματος, εξασφαλίζοντας ανώδυνη αλλαγή του επιθέματος. Εξετάστε το επίθεμα και το τραύμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί όλο το υλικό.
- Εάν η παρουσία πηγμένου αίματος ή ζηρού εξιδρώματος έχει ως αποτέλεσμα το επίθεμα να προσκολληθεί σε δέρμα ή τρίχες, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα φυσιολογικού ορού ή νερού για να μαλακώσετε ήπια και να χαλαρώσετε το επίθεμα. Καθαρίστε το άθικτο δέρμα γύρω από το τραύμα.
- Αντιμετωπίστε τις αλλαγές επιθέματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο ή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ιατρού ή άλλου παραγγέλλοντος κλινικού ιατρού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιείτε PolyMem, δεν χρειάζεται να πειράξετε ή να καθαρίσετε το τραύμα κατά τη διάρκεια των αλλαγών εκτός κι αν το τραύμα παρουσιάζει λοίμωξη ή επιμόλυνση. Το PolyMem έχει σχεδιαστεί για τον συνεχή καθαρισμό του τραύματος και δεν αφήνει κατάλοιπα που πρέπει να αφαιρεθούν. **Ο υπερβολικός καθαρισμός ενδέχεται να τραυματίσει τον αναγεννώμενο ιστό και να καθυστερήσει την επούλωση του τραύματος.**
- Εφαρμόστε ένα νέο επίθεμα.

Παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αλλαγής:

- Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής διαδικασίας επούλωσης, το τραύμα μπορεί να φαίνεται ότι μεγαλώνει κατά τη διάρκεια των πρώτων αλλαγών επιθέματος επειδή ο οργανισμός απομακρύνει τον μη βιώσιμο ιστό με φυσικό τρόπο. Εάν το τραύμα συνεχίσει να μεγαλώνει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
- Τα επίθεματα PolyMem συμβάλλουν στην ενίσχυση του σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων, επομένως συχνά παρατηρείται υγρό με κηλίδες αίματος στο τραύμα και στα επίθεματα κατά τη διάρκεια των αλλαγών.
- Να είστε σε εγρήγορση για σημεία και συμπτώματα όπως αυξημένη ερυθρότητα, φλεγμονή, άλγος, έξαψη, οσμή, λεύκανση, ευθραυστότητα, υπερβολικός σχηματισμός ιστών ή έλλειψη επούλωσης. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για προβληματικές καταστάσεις όπως λοίμωη, ερεθισμός, ευαισθησία, αλλεργία, διαβροχή ή υπερκοκκιοποίηση.

Τυχόν σοβαρό συμβάν που συνέβη σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται, από τον χρήστη ή/και τον ασθενή στη Ferris Mfg. Corp. και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Τα επίθεματα PolyMem χωρίς προσθήκη φαρμάκου βοηθούν στα εξής:

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας, για τη διαχείριση σοβαρών τραυμάτων, όπως τα περισσότερα τραύματα μερικού και πλήρους πάχους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Έλκη πίεσης (στάδια I-IV) • Οζέα τραύματα • Σχισίματα δέρματος • Εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού • Έλκη ποδιών
- Διαβητικά έλκη • Χειρουργικά τραύματα • Έλκη λόγω φλεβικής στάσης • Δότριες και Αήπιες περιοχές (μοσχέυματος)
- Δερματολογικές διαταραχές • Αγγειακά έλκη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση • Τα επίθεματα PolyMem δεν είναι συμβατά με οξειδωτικούς παράγοντες (υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υποχλωριώδη διαλύματα) • Πριν από την εκτέλεση διαδικασιών απεικόνισης, προσδιορίστε εάν θα πρέπει να αφαιρεθεί το επίθεμα • Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρόδια ή αγώγιμα τζελ • Δεν συνιστάται η χορήγηση τοπικών θεραπειών σε συνδυασμό με τα επίθεματα PolyMem
- Να είστε σε εγρήγορση για ενδείξεις λοίμωξης ή διαβροχής • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και διακόψτε τη χρήση σε άτομα με ενδείξεις ευαισθησίας, ερεθισμού ή αλλεργίας στο επίθεμα ή στα υλικά του • Προορίζεται για μία χρήση από ένα άτομο. Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν. Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να υποβαθμίσει τις ιδιότητες, να εξαπλώσει την επιμόλυνση και να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης

Τα επίθεματα PolyMem μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που παρουσιαστούν σημεία λοίμωξης εάν έχει χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που αντιμετωπίζει την αιτία της λοίμωξης.

Τα επίθεματα PolyMem Silver συνιστώνται όταν ένα τραύμα επιδεικνύει καθυστερημένη επούλωση, σημεία λοίμωξης ή αυξημένο βιολογικό φορτίο, ή ο ασθενής έχει παράγοντες κινδύνου λοίμωξης (όπως μολυσμένο τραύμα, κακή διατροφή, διαβήτη, ιστορικό λοίμωξης, κλπ.)

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου ≤ 30°C (86°F). Παρεκβάσεις επιτρέπονται ≤ 55° C (131° F) αλλά θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. **Να απορρίπτεται** όπως συνηθίζεται για τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα. **Οι διαστάσεις** είναι κατά προσέγγιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Αρχική εφαρμογή:

- Προετοιμάστε την τραυματισμένη περιοχή σύμφωνα με το πρωτόκολλο ή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ιατρού ή άλλου παραγγέλλοντος κλινικού ιατρού. Καθαρίστε το δέρμα από ακαθαρσίες, φάρμακα τοπικής εφαρμογής και λουσιόν. Η υπολειμματική υγρασία στο δέρμα είναι ευεργετική.
- Εφαρμόστε το επίθεμα όπως περιγράφεται. Το επίθεμα PolyMem θα πρέπει επίσης να καλύπτει οποιαδήποτε ερεθισμένη ή κατεστραμμένη περιοχή γύρω από το τραύμα. Τα επίθεματα μπορούν να κοπούν ώστε να καλύπτουν το τραύμα ή το μέρος του σώματος.
- Εφαρμόστε την εξωτερική πλευρά της μεμβράνης (έτσι ώστε να είναι ορατή η εκτύπωση).

Βοηθητικές υποδείξεις:

- Ασφαλίστε το επίθεμα με αδιάβροχη ταινία για να μειώσετε την πιθανότητα επιμόλυνσης του εσωτερικού του επιθέματος.
- Σχεδιάστε το όριο του τραύματος κατά προσέγγιση στο εξωτερικό του επιθέματος ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να γίνει αλλαγή.

Χρήση:

- Ενδέχεται να παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των υγρών του τραύματος κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών. Αυτό είναι συχνό και υποδεικνύει ότι το επίθεμα λειτουργεί
- Διατηρήστε στεγνό το επίθεμα και στη θέση του κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή κατά την υγιεινή των χεριών. Αλλάξτε το επίθεμα εάν βραχεί.

Αλλαγή επιθέματος:

- Στην περίπτωση εξιδρώματος τραύματος, θα παρατηρηθεί υγρό στο επάνω μέρος. Αλλάξτε προτού φθάσει υγρό στο όριο του τραύματος, ή όπως ορίζει η ορθή πρακτική, ή μετά από 7 ημέρες κατά μέγιστο. Αλλάξτε αμέσως εάν φθάσει υγρό στην άκρη της μεμβράνης του επιθέματος.
- Ενδέχεται να χρειαστούν συχνότερες αλλαγές λόγω διαταραγμένου ανοσοποιητικού συστήματος, διαβήτη, λοίμωξης, υπερκοκκιοποίησης, διαβροχής ιστού, ή για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης μη βιώσιμου ιστού.
- Ασφαιρτέ απαλά το επίθεμα. Το επίθεμα PolyMem γενικά δεν προσκολλάται στην κοίτη του τραύματος, εξασφαλίζοντας ανώδυνη αλλαγή του επιθέματος. Εξετάστε το επίθεμα και το τραύμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί όλο το υλικό.
- Εάν η παρουσία πηγμένου αίματος ή ζηρού εξιδρώματος έχει ως αποτέλεσμα το επίθεμα να προσκολληθεί σε δέρμα ή τρίχες, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα φυσιολογικού ορού ή νερού για να μαλακώσετε ήπια και να χαλαρώσετε το επίθεμα. Καθαρίστε το άθικτο δέρμα γύρω από το τραύμα.
- Αντιμετωπίστε τις αλλαγές επιθέματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο ή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ιατρού ή άλλου παραγγέλλοντος κλινικού ιατρού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιείτε PolyMem, δεν χρειάζεται να πειράξετε ή να καθαρίσετε το τραύμα κατά τη διάρκεια των αλλαγών εκτός κι αν το τραύμα παρουσιάζει λοίμωξη ή επιμόλυνση. Το PolyMem έχει σχεδιαστεί για τον συνεχή καθαρισμό του τραύματος και δεν αφήνει κατάλοιπα που πρέπει να αφαιρεθούν. **Ο υπερβολικός καθαρισμός ενδέχεται να τραυματίσει τον αναγεννώμενο ιστό και να καθυστερήσει την επούλωση του τραύματος.**
- Εφαρμόστε ένα νέο επίθεμα.

Παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης ή αλλαγής:

- Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής διαδικασίας επούλωσης, το τραύμα μπορεί να φαίνεται ότι μεγαλώνει κατά τη διάρκεια των πρώτων αλλαγών επιθέματος επειδή ο οργανισμός απομακρύνει τον μη βιώσιμο ιστό με φυσικό τρόπο. Εάν το τραύμα συνεχίσει να μεγαλώνει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
- Τα επίθεματα PolyMem συμβάλλουν στην ενίσχυση του σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων, επομένως συχνά παρατηρείται υγρό με κηλίδες αίματος στο τραύμα και στα επίθεματα κατά τη διάρκεια των αλλαγών.
- Να είστε σε εγρήγορση για σημεία και συμπτώματα όπως αυξημένη ερυθρότητα, φλεγμονή, άλγος, έξαψη, οσμή, λεύκανση, ευθραυστότητα, υπερβολικός σχηματισμός ιστών ή έλλειψη επούλωσης. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία για προβληματικές καταστάσεις όπως λοίμωξη, ερεθισμός, ευαισθησία, αλλεργία, διαβροχή ή υπερκοκκιοποίηση.

Τυχόν σοβαρό συμβάν που συνέβη σε σχέση με αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται, από τον χρήστη ή/και τον ασθενή στη Ferris Mfg. Corp. και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.